

optive FUSION®

Zweckbestimmungen und Indikationen

Optive Fusion® ist dazu bestimmt, die Oberfläche des Auges/der Augen zu benetzen und Feuchtigkeit zu spenden. Es ist als Hilfe zur vorübergehenden Linderung von Trockenheit, Reizung, Brennen, Beschwerden und/oder anderen Symptomen, die durch das Trockene Auge (dry eye disease, DED) oder durch Umweltfaktoren verursacht werden, bestimmt.

Inhalt der Verpackung

Optive Fusion® ist in einer Kunststoffflasche mit einem Verschluss mit Tropferspitze zusammen mit einer Packungsbeilage in einem Umschlag verpackt.

Optive Fusion®-Lösung enthält 0,5% Natriumcarboxymethylcellulose, 0,9% Glycerol, 0,1% Natriumhyaluronat, 0,7% Borsäure, 0,2% Natriumtetraborat-Decahydrat, Erythritol, Natriumcitrat-Dihydrat, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, gereinigtes Wasser, Salzsäure oder Natriumhydroxid zur pH-Einstellung und ist mit 0,01% PURITÉ® konserviert.

Klinischer Nutzen

Optive Fusion® verschafft sofortige Linderung des Gefühls von Trockenheit, Reizung, Brennen, Beschwerden und/oder anderen Symptomen, die durch das Trockene Auge (dry eye disease, DED) oder durch Umweltfaktoren verursacht werden.

Leistungsmerkmale

Optive Fusion® kann:

- Augenschmerzen, Augentrockenheit und Augenreizungen verringern.
- klinische Anzeichen des Trockenen Auges und die Tränenfilmstabilität verbessern.

Optive Fusion® ist allgemein für die Anwendung auf der Augenoberfläche geeignet und kann nach Bedarf wiederholt angewendet werden, ohne dass zwischen zwei Anwendungen ein zeitlicher Mindestabstand eingehalten werden muss.

Optive Fusion® ist mit allen Arten von Linsenmaterialien (weiche und harte gasdurchlässige Kontaktlinsen) kompatibel.

Patientenzielgruppen und vorgesehene Anwender

Optive Fusion® ist ein rezeptfreies ophthalmologisches Produkt, das für die Anwendung durch Laien bestimmt ist, die unter Trockenheit, Reizung, Brennen, Beschwerden und/oder anderen Symptomen des Trockenen Auges leiden und für dessen Anwendung keine spezielle Schulung erforderlich ist.

Für das Produkt gibt es keine Einschränkungen für die zu behandelnde Patientenzielgruppe, mit Ausnahme der in den Kontraindikationen aufgeführten. Die Sicherheit und Wirksamkeit bei pädiatrischen Patienten wurden jedoch nicht nachgewiesen. Es liegen keine spezifischen Studiendaten über die Anwendung des Produkts während Schwangerschaft und Stillzeit beim Menschen vor.

Kontraindikationen

Optive Fusion® ist kontraindiziert bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile dieses Produkts.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

- Lösung nicht schlucken.
- Um Verunreinigungen oder mögliche Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Öffnung der Flasche nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht verwenden, wenn die Lösung ihre Farbe ändert oder trübe wird.
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung Anzeichen von Manipulationen aufweist.
- Nicht verwenden, wenn das Schutzsiegel am Flaschenhals vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist.
- Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.
- Restliche Lösung 90 Tage nach dem Öffnen entsorgen.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Bei der Anwendung zusammen mit anderen Augenprodukten sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen.
- Beenden Sie die Anwendung des Produkts und wenden Sie sich an einen Arzt, wenn bei Ihnen Augenschmerzen, Sehveränderungen, anhaltende Augenrötungen oder Augenreizungen auftreten oder wenn sich der Zustand verschlechtert.
- Das Produkt kann vorübergehend verschwommenes Sehen verursachen, das die Verkehrssicherheit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen kann. Patienten sollten warten, bis sich Ihre Sicht geklärt hat, bevor ein Fahrzeug geführt oder Maschinen bedient werden.
- Bor in hohen Dosen wurde bei Tieren mit nachteiligen Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Das Produkt enthält 0,7% (m/m) Borsäure und 0,2% (m/m) Natriumtetraborat-Decahydrat mit einer Gesamtexposition an Bor aus Borsäure und Natriumtetraborat-Decahydrat von weniger als 1 mg Bor/Tag, was unter den zulässigen täglichen Exposition für Erwachsene und Kinder liegt und deutlich niedriger ist als die Werte, die zu schädlichen Wirkungen bei Tieren führen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Angehörigen der Heilberufe für medizinische Beratung in Bezug auf die Anwendung des Produkts während der Schwangerschaft oder Stillzeit.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Klinische Studien mit Optive Fusion® und Erfahrungen nach der Markteinführung haben folgende unerwünschte Nebenwirkungen ergeben:

- Augenschmerzen, Augenfluss, Augenreizung, Augenlidödem, Fremdkörpergefühl im Auge, vermehrter Tränenfluss, Augenschwellung.
- Überempfindlichkeit.

Anwendung

- Nicht verwenden, wenn die Verpackung Anzeichen von Manipulationen aufweist.
- Je nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in jedes betroffene Auge geben.
- Nach Gebrauch wieder verschließen.
- Die Flasche sollte bei Nichtgebrauch fest verschlossen bleiben.
- Nicht verwendetes Produkt oder Abfallmaterial sollte gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Keine besonderen Anforderungen an die Entsorgung.

Meldungen

Melden Sie alle vermuteten produktbezogenen Nebenwirkungen an ams@abbvie.com (für Deutschland) bzw. productsurveillance.austria@abbvie.com (für Österreich) und melden Sie produktbezogene Ereignisse Ihrer nationalen Gesundheitsbehörde.

Wie ist das Produkt erhältlich?

Optive Fusion® ist in einer Kunststoffflasche mit 3 ml (unverkäufliche Probe) und 10 ml Lösung erhältlich. Jeder Umschlag enthält eine Flasche des Produkts und eine Packungsbeilage mit der Gebrauchsanweisung.



ALLERGAN SALES, LLC,
2525 Dupont Drive, IRVINE CA 92612,
USA



ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED,
Clonsilla Business & Technology Park, Dublin 17, D17 E400, Irland



AbbVie Logistics B.V.,
Zuiderzeelaan 53, Zwolle,
8017 JV, Niederlande



devices.abbvie.com



0344



STERILE A



2 STERILIZE



MD



Hersteller



0344

Benannte Stelle



Sicherheitszeichen
Achtung:
Gebrauchsanweisung
aufbewahren



Einfach-
Sterilbarrieresystem



Bevollmächtigter in
der Europäischen
Gemeinschaft/
Europäischen Union



Nicht verwenden,
wenn die Verpackung
beschädigt oder
geöffnet ist



Gebrauchsanweisung
beachten



Kombination der
Symbole „Sterilisiert
mit aseptischen
Verfahren“
und „Einfach-
Sterilbarrieresystem“



Importeur



Wiederverwendung
an einem einzelnen
Patienten



Enthält Gefahrstoffe



STERILE A

Sterilisiert mit
aseptischen Verfahren



Internetseite mit
Patienteninformationen



Medizinprodukt



LOT

Chargenbezeichnung



Verwendbar bis
(JJJJ-MM-TT oder
JJJJ-MM)



Artikelnummer



Nicht erneut
sterilisieren



Herstellungsdatum
(JJJJ-MM-TT oder
JJJJ-MM)

Revision 2.0 [04/2022]